

Tolleranze secondo la Norma CEI EN 60584-1

Tolerances according to CEI EN 60584-1

Tolleranza Classe 1 (+/- °C)					
Tolerances Class 1 (+/- °C)					
Temp.	Tipo di termocoppia - Thermocouple type				
°C	J	K	N	S - R	B
-40	1,5	1,5	1,5		
0	1,5	1,5	1,5	1	
50	1,5	1,5	1,5	1	
100	1,5	1,5	1,5	1	
150	1,5	1,5	1,5	1	
200	1,5	1,5	1,5	1	
250	1,5	1,5	1,5	1	
300	1,5	1,5	1,5	1	
350	1,5	1,5	1,5	1	
400	1,6	1,6	1,6	1	
450	1,8	1,8	1,8	1	
500	2	2	2	1	
550	2,2	2,2	2,2	1	
600	2,4	2,4	2,4	1	
650	2,6	2,6	2,6	1	
700	2,8	2,8	2,8	1	
750	3	3	3	1	
800		3,2	3,2	1	
850		3,4	3,4	1	
900		3,6	3,6	1	
950		3,8	3,8	1	
1000		4	4	1	
1050				1	
1100				1	
1150				1,15	
1200				1,3	
1250				1,45	
1300				1,6	
1350				1,75	
1400				1,9	
1450				2,05	
1500				2,2	
1550				2,35	
1600				2,5	
1650					
1700					

Tolleranza Classe 2 (+/- °C)					
Tolerances Class 2 (+/- °C)					
Temp.	Tipo di termocoppia - Thermocouple type				
°C	J	K	N	S - R	B
-40	2,5	2,5	2,5		
0	2,5	2,5	2,5	1,5	
50	2,5	2,5	2,5	1,5	
100	2,5	2,5	2,5	1,5	
150	2,5	2,5	2,5	1,5	
200	2,5	2,5	2,5	1,5	
250	2,5	2,5	2,5	1,5	
300	2,5	2,5	2,5	1,5	
350	2,625	2,625	2,625	1,5	
400	3	3	3	1,5	
450	3,375	3,375	3,375	1,5	
500	3,75	3,75	3,75	1,5	
550	4,125	4,125	4,125	1,5	
600	4,5	4,5	4,5	1,5	1,5
650	4,875	4,875	4,875	1,625	1,625
700	5,25	5,25	5,25	1,75	1,75
750	5,625	5,625	5,625	1,875	1,875
800		6	6	2	2
850		6,375	6,375	2,125	2,125
900		6,75	6,75	2,25	2,25
950		7,125	7,125	2,375	2,375
1000		7,5	7,5	2,5	2,5
1050		7,875	7,875	2,625	2,625
1100		8,25	8,25	2,75	2,75
1150		8,625	8,625	2,875	2,875
1200		9	9	3	3
1250				3,125	3,125
1300				3,25	3,25
1350				3,375	3,375
1400				3,5	3,5
1450				3,625	3,625
1500				3,75	3,75
1550				3,875	3,875
1600				4	4
1650					4,125
1700					4,25

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
 commerciale@seter.it www.seter.it
 tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

SETER s.r.l. Data: 31-12-2015 Revisione n°: 01 del 10-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004